

Visse apparater til behandling af **obstruktiv søvnapnø** er blevet fejlmeldt fra producenten Philips Respironics side

Philips Respironics har fejlmeldt visse apparater til behandling af **obstruktiv søvnapnø**. De har fundet en risiko for, at det skum, der bruges som støjdæmpende materiale i apparaterne kan nedbrydes og dermed kan udlede dampe og små partikler.

Vi vurderer, at det er sikkert, at du fortsætter med din behandling som hidtil.

Vi holder dig løbende informeret

Vi samarbejder med Philips om en løsning. Vi kan på nuværende tidspunkt ikke sige noget om tidshorizont eller de konkrete løsninger. Men vi holder dig løbende informeret og vil kontakte dig, så snart vi har en konkret løsning for dig.

Da det drejer sig om rigtig meget apparatur og mange brugere, skal du forvente ventetid på at få svar fra os. Vi gør alt for at svare dig, så hurtigt vi kan og håber på din forståelse

Registrering af apparater

Philips opfordrer til, at man registrerer sit apparat på Philips hjemmeside. Registreringen skal ske på følgende link:

<https://www.philips.dk/healthcare/e/sleep/communications/src-update>.

Ved behov for hjælp kan Philips kontaktes på telefon **80 25 42 45**.

Såfremt du ikke har mulighed for at foretage en sådan registrering, kan du kontakte Søvnklinikken på telefon **78 41 60 10** imellem kl. 9-13, som kan hjælpe dig med at foretage registreringen af apparatet for dig.

På den måde sikrer vi et tæt samarbejde med Philips i forhold til de løsninger, vi forventer bliver implementeret i den kommende periode.

Berørte apparater omfattet af fejlmelding fra Philips Respironics kan ses nederst i brevet.

Information

For løbende og yderligere information henvises der til Philips' hjemmeside på følgende link:

<https://www.philips.dk/healthcare/e/sleep/communications/src-update>

Med venlig hilsen

Jesper Bille, overlæge,
Lægefaglig leder Søvnklinik Silkeborg

Peter Toft, ledende overlæge,
Friklinikken, Regionshospitalet Silkeborg

SystemOne
C-serien
ASV, S/T, AVAPS



SystemOne
(Q-serien)
ASV, S/T, AVAPS



DreamStation
CPAP, Auto
CPAP, BiPAP



REMStar SE Auto
CPAP



Trilogy 100
Ventilator

